

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์

(เครื่องเป่าแห้งเครื่องมือและสายยางทางการแพทย์ Air Dryer) จำนวน ๑ เครื่อง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจังหวัด อำเภोजังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๒๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 21 ก.พ. 2567

๑. เครื่องเป่าแห้งเครื่องมือและสายยางทางการแพทย์ Air Dryer เครื่องๆละ
๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โดยสืบราคาจากผู้มีอาชีพจำหน่ายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ ราย คือ

- ๔.๑) บริษัทนำวิวัฒน์การช่าง(๑๙๙๒) จำกัด
- ๔.๒) บริษัทเมททอลไลน์อินเตอร์เนชั่นแนล
- ๔.๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟค เมดิคอล

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๕.๑)นางผกามาศ เย็นศิริ
- ๕.๒)นางสุวรรณา ชันทับ
- ๕.๓)นางศิริดา ศรีชะตา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องเป่าแห้งเครื่องมือและสายยางทางการแพทย์ Air Dryer

๑.คุณสมบัติทั่วไป เป็นเครื่องเป่าแห้งเครื่องมือและสายยางทางการแพทย์ ขนาดความจุ ๖๐๐ ลิตร

๒.วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้สำหรับเครื่องเป่าลมแห้ง วัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการรวมทั้งสายยางทางการแพทย์

๓.คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นตู้อบที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

๒.๒ ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลสสตีลแบบตู้สี่เหลี่ยมตั้งขึ้น

๒.๓ มีประตูเปิดและปิดด้านหน้าของเครื่อง ๑ ประตู

๒.๔ แผงควบคุมการทำงานสามารถเปิดออกได้ง่ายเพื่อการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง

๒.๕ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๒.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปเอเชีย ยุโรป หรือ อเมริกา

๔.คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ ขนาดภายในสามารถอบสายยาง และภาชนะความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ ลิตร

๔.๒ ห้องอบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ชนิดผนังสองชั้นบุด้วย ฉนวนกันความร้อน สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๓๕ - ๘๐ องศาเซลเซียส

๔.๓ ประตูเป็นแบบเปิดออกด้านข้างมีกระจกใสสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ในห้องอบได้

๔.๔ ฟิลเตอร์กรองอากาศแบบ Hepa Fiter ขนาด ๐.๕ ไมครอน ติดตั้งและถอดออกเปลี่ยนได้ง่าย

๔.๕ ยางเสียบสายทำด้วยซิลิโคน สามารถถอดออกและเปลี่ยนได้ง่าย

๔.๖ เครื่องผลิตลมร้อนเป็นแบบ ๒ หัว (Head Blower) แบบระบายความร้อนด้วยตัวเอง

๕.ระบบควบคุม

๕.๑ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๕.๒ มีระบบตัดกระแสไฟด้วย Thermostat เมื่ออุณหภูมิถึงที่กำหนด

๕.๓ มีระบบป้องกันไฟตก ไฟเกิน และไฟไม่ครบเฟส

๕.๔ มีระบบตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ ๐-๙๙ ชั่วโมง

๖.อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๖.๑ ตะแกรงสำหรับวางสิ่งของเพื่ออบทำด้วยสแตนเลส ๑ ชุด

๖.๒ คู่มือการใช้งาน(ฉบับภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นางผกามาศ เย็นศิริ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุวรรณา ชันทับ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางศิริดา ศรีชะตา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๗.เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗.๒ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๗.๓ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ประกอบจนสามารถใช้งานได้โดยไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่าย

๗.๔ ในระยะเวลาประกันหากเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง เครื่องยังคงชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๗.๕ ผู้ขายต้องส่งช่างผู้ชำนาญงานมาสาธิตวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๗.๖ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่อย่างน้อย ๕ ปี

๗.๗ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ มาตรฐาน CE และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๘๘๕:๒๐๐๓

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นางผกามาศ เย็นศิริ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุวรรณา ชันทับ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางศิรดา ศรีชะตา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ